資材管理コード
001 S2750-

取扱説明書
フローチャートシート

管理医療機器
歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）

クリアフィル® トライエスボンド ND クイック

クラレノリタケデンタル株式会社

光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復

通法にしたがって窩洞形成、防湿、歯髄保護を行ってください。

※1 エアブローの方法について

バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまでしっかりと乾燥させてください。

※2 照射時間について

照射時間は以下のとおりです。

分類	光源	光量	照射時間
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	400 mW/cm² 以上	10 秒
LED照射器	青色LED	800~1400 mW/cm²	10 秒
高出力LED照射器	青色LED	1500 mW/cm² 以上	3 秒

ご使用の前には、必ず本品及び関連材料の添付文書をお読みください。

「クリアフィル® トライエスボンド ND クイック」に関するお問い合わせ先

製造販売元　クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28
フリーダイヤル：0120-330922

販　売　元　株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL(03)3834-6161

医療機器認証番号：224ABBZX00106000

06/2013